

Specificatii tehnice minimale pentru:

SISTEM DESCHIS PENTRU TRANSPORT SI DEPOZITARE MATERIALE SANITARE

CANTITATE: 5 buc

	Specificatii tehnice	DA	NU	Argumentare (fisa tehnica produs)
1	Configuratie:			
1.1	• Suport dublu – 1 buc			
1.2	• Rama telescopica – 4 buc			
1.3	• Suport sustinere cosuri – 4 buc			
1.4	• Cos pentru depozitarea materialelor – 2 buc			
1.5	• Cos pentru depozitarea materialelor – 2 buc			
1.6	• Cos pentru depozitarea materialelor – 3 buc			
1.7	• Cos pentru depozitarea materialelor, cu acces – 2 buc			
1.8	• Suport pentru sustinerea containerelor – 2 buc			
1.9	• Container – 3 buc			
1.10	• Cos pentru depozitarea cateterelor – 2 buc			
1.11	• Suport pentru depozitarea flacoanelor / sticlelor – 1 buc			
1.12	• Suport pentru depozitarea manusilor sterile – 1 buc			
1.13	• Cos pentru depozitarea cateterelor – 2 buc			
1.14	• Modul de incalzire solutii perfuzabile – 1 buc			
2	Descriere tehnica:			
2.1	Suport dublu			
2.2	Sa fie mobil, prevazut cu 4 roti pivotante in carcase zincate, 2 dintre ele prevazute cu frana, cu rulmenti dubli, material antistatic			
2.3	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic, dublu, prevazut cu spatiu central pentru cosuri, containere, diferite aparate, etc			
2.4	Sa fie prevazut cu carlige sudate de prindere pentru cosuri, minim 2 x 4			
2.5	Dimensiuni maxime: 605 x 1005 x 1657 mm (w x d x h)			
2.6	Distanța între carlige: minim 330 mm			
2.7	Rama telescopica			
2.8	Sa fie construita din otel inoxidabil			
2.9	Sa fie compatibila cu suportul dublu			
2.10	Sa permita montarea între cele doua bare ale suportului			
2.11	Sa sustina cosurile, containerele sau diferitele aparate			
2.12	Dimensiuni maxime: 296 x 595 x 60 mm (w x d x h)			
2.13	Suport sustinere cosuri			
2.14	Sa fie construita din otel inoxidabil			
2.15	Sa fie compatibila cu rama telescopica			
2.16	Sa permita montarea între cele doua bare ale suportului, pe rama telescopului			
2.17	Sa sustina cosurile, containerele sau diferitele aparate			
2.18	Dimensiuni maxime: 84 x 600 x 41 mm (w x d x h)			
2.19	Cos pentru depozitarea materialelor			
2.20	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp			

	electrostatic			
2.21	Sa fie fabricat tip „sarma continua”			
2.22	Sa permita asezarea unul peste celalalt pentru economie de spatiu			
2.23	Capacitate: 1 StU			
2.24	Dimensiuni maxime: 600 x 300 x 300 mm (w x d x h)			
2.25	Cos pentru depozitarea materialelor			
2.26	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic			
2.27	Sa fie fabricat tip „sarma continua”			
2.28	Sa permita asezarea unul peste celalalt pentru economie de spatiu			
2.29	Capacitate: ½ StU			
2.30	Dimensiuni maxime: 600 x 300 x 150 mm (w x d x h)			
2.31	Cos pentru depozitarea materialelor			
2.32	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic			
2.33	Sa fie fabricat tip „sarma continua”			
2.34	Sa permita asezarea unul peste celalalt pentru economie de spatiu			
2.35	Capacitate: ½ StU			
2.36	Dimensiuni maxime: 575 x 280 x 135 mm (w x d x h)			
2.37	Cos pentru depozitarea materialelor, cu acces			
2.38	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic			
2.39	Sa fie configurat cu „fanta” in partea din fata pentru acces usor			
2.40	Sa fie fabricat tip „sarma continua”			
2.41	Sa permita asezarea unul peste celalalt pentru economie de spatiu			
2.42	Capacitate: ½ StU			
2.43	Dimensiuni maxime: 575 x 280 x 135 mm (w x d x h)			
2.44	Support pentru sustinerea containerelor			
2.45	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic			
2.46	Sa fie compatibil cu suportul dublu			
2.47	Sa permita montarea pe barele suportului pentru sustinerea containerelor de polipropilena de diferite dimensiuni			
2.48	Dimensiuni maxime: 655 x 25 x 100 mm (w x d x h)			
2.49	Container			
2.50	Sa fie construit din polipropilena			
2.51	Sa permita depozitarea materialelor sanitare de dimensiuni mici			
2.52	Sa permita spalarea la temperaturi inalte			
2.53	Dimensiuni maxime: 200 x 350 x 210 mm (w x d x h)			
2.54	Cos pentru depozitarea cateterelor			
2.55	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic			
2.56	Sa fie fabricat tip „ochi de plasa” 10 x 10 x 1 mm			

2.57	Sa fie compatibil cu suportul dublu			
2.58	Sa permita montarea pe bara euro rail standard 25 mm x 10 mm			
2.59	Dimensiuni maxime: 150 x 100 x 480 mm (w x d x h)			
2.60	Suport pentru depozitarea flacoanelor / sticlelor			
2.61	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic			
2.62	Sa fie compatibil cu suportul dublu			
2.63	Sa permita depozitarea flacoanelor, tuburilor, sticlelor, etc			
2.64	Dimensiuni maxime: 560 x 315 x 170 mm (w x d x h)			
2.65	Suport pentru depozitarea manusilor sterile			
2.66	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic			
2.67	Sa poata fi prins atat pe suportul dublu cat si pe cosurile din inox			
2.68	Sa fie prevazut cu minim 6 spatii de depozitare			
2.69	Dimensiuni maxime: 550 x 140 x 215 mm (w x d x h)			
2.70	Cos pentru depozitarea cateterelor			
2.71	Sa fie construit din otel inoxidabil, vopsit in camp electrostatic			
2.72	Sa fie fabricat tip „ochi de plasa” 10 x 10 x 1 mm			
2.73	Sa fie compatibil cu suportul dublu			
2.74	Sa permita montarea pe bara euro rail standard 25 mm x 10 mm			
2.75	Dimensiuni maxime: 150 x 100 x 280 mm (w x d x h)			
2.76	Modul de incalzire a lichidelor perfuzabile			
2.77	Sa fie configurat cu un modul in care se poate pozitiona punga cu lichid			
2.78	Sa realizeze incalzirea rapida a lichidelor , in maxim 30 minute si sa mentina temperatura sigura pentru realizarea actului medical, pana la maxim 40 ⁰ C			
2.79	Sa fie prevazut cu sisteme de avertizare a atingerii temperaturii: minim indicator luminos			
2.80	Sa fie prevazut cu minim 2 senzori de temperatura			
2.81	Capacitatea suprafetei de incalzire sa permita pozitionarea pungilor / flacoanelor cu dimensiuni cuprinse intre 0,5 si 3 litri			
2.82	Suprafata de incalzire sa fie putin inclinata pentru o buna pozitionare a pungilor / flacoanelor			
2.83	Modulul sa afiseze temperatura lichidului pe un display			
2.84	Sa prezinte sistem automat de pornire cand este pozitionata punga pe suprafata de incalzire si de oprire cand este indepartata punga de pe suprafata de incalzire			
2.85	Sa fie prevazut cu semnalizare vizuala si acustica			
3	3. Conditii privind performanta cu standardele relevante			
3.1	Sistemul de management al calitatii EN ISO 9001:2008			
3.2	Sistemul de Management al Calitatii privind Dispozitivele Medicale – cerinte pentru conformitati ISO 13485:2003			

4	4. Conditii de garantie si postagarantie			
4.1	Service in garantie			
4.2	Durata: minim 24 luni			
4.3	Timp maxim de interventie: 24 ore			
4.4	Service in postgarantie			
4.5	Durata: minim 5 ani			
4.6	Timp maxim de interventie: 48 ore			
5	5. Alte conditii cu caracter tehnic			
5.1	Instalare si punere in functiune			
5.2	Prin grija furnizorului			
5.3	Scolarizare			
5.4	Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a aparaturii			